



Protokol o předání a převzetí č. VF 1Z17-63J16-J01

Název zakázky: Bohumil Šmucr monitorování
Číslo zakázky: 1Z17-63J16
Č. sml. předávajícího:
Č. sml. přebírajícího:
Předávající: VF, a.s.
Svitavská 588
679 21 Černá Hora
Vypracoval: Mgr. Radim Kříž
Datum: 7. 12. 2017

Přebírající:

Bohumil Šmucr
Travná 1291
198 00 Praha 9 Kyje

Monitorování spotřebního výrobku

Na základě objednávky ze 4. 12. 2017 Vám zasíláme Protokol o monitorování spotřebního výrobku č. VF 1Z17-63J16-P01.

Záruka o dílo

Vady a nedodělky

Závěr

Dávkový příkon na povrchu klíčenky je na úrovni přírodního pozadí.

Jeden potvrzený protokol o předání a převzetí prosím zašlete zpět na naši adresu.



VF, a.s.
Svitavská 588
Černá Hora
CZ 679 21

11

Předal: Mgr. Radim Kříž

Převzal: Bohumil Šmucr

datum: 1. 12. 2017

PROTOKOL o monitorování spotřebního výrobku

ZÁKAZNÍK:

Bohumil Šmucr
Travná 1291
198 00 Praha 9 Kyje
IČO 01525816

MĚŘENÍ PROVEDL:
DNE:


Mgr. Radim Kříž, Ing. Jan Binka
30. 11. 2017

PŘEDMĚT MONITOROVÁNÍ:

Klíčenka obsahující H-3 s názvem „SAFETY MARKER“
Výrobce www.fireflymarkers.co.uk

POUŽITÉ PŘÍSTROJE:

Georadis RT-30G, v.č. 2718
Ověřeno č. 1054-PS-20087-16, platnost do 31. 12. 2018
RP 2000, v.č. 0500773
Ověřeno č. 1054-PS-60043-15, platnost do 31. 12. 2017





Protokol o monitorování č. VF 1Z17-63J16P01

VÝSLEDKY:

Nastavení	dávkový příkon gama
Měřicí bod	Naměřeno [$\mu\text{Gy/h}$]
Kontaktně klíčenka	< 0,1

Nastavení	aktivita
Měřicí bod	Naměřeno [Bq]
Kontaktně klíčenka	14,6 * nejistota 9,0 % k=2

*plocha detektoru 48 cm²

ZÁVĚR: Dávkový příkon kontaktně od klíčenky s obchodním označením „SAFETY MARKER“ je na úrovni přírodního pozadí.

Vypracoval: Mgr. Radim Kříž

razítko a podpis



VF, a.s.
Svitovská 588
Černá Hora
CZ 679 21

1